№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак	Наименование показателя товара, единица измерения	Требование к значению показателя	Значение, предлагаемое участником закупки	Сведение о сертификации	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Медицинский термометр с речевым выходом		Назначение	для измерения температуры тела человека				
			Тип	электронный				
			Способ предоставления информации	визуальный и/или голосовой				
			Встроенный динамик	наличие				
			Термометр должен предоставлять информацию в виде голосовых сообщений	о готовности к работе, о результате измерения, об ошибке измерения				
			Отображение результатов измерений на встроенном дисплее	наличие				
			Время до автоматического выключения термометра при отсутствии активности со стороны пользователя, сек	не менее 300, не более 600				
			Термометр должен иметь функцию сохранения последнего результата измерения	наличие				
			Органы управления термометра	включения и выключения,				

				озвучивания результата измерения				
			Минимальное значение температуры измерения, градусов Цельсия	не более 32,0				
			Максимальное значение температуры измерения, градусов Цельсия	не менее 42,0				
			Допустимая погрешность измерения, градусов Цельсия	не более 0,1				
			Питание	гальванические элементы				
			Вес, г	не более 50				
			Габаритные размеры, мм	не более 150х20х50				